



0000192865

Αναζήτηση Διαβουλεύσεων Πραβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ- (Β) Δημόσια Διαβούλευση και προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Δημοσιεύθηκε 23/07/2021

Τελευταία ανανέωση

Ημερομηνία λήξης 23/07/2021

Μοναδικός Κωδικός 21ΔΙΑΒ000018032

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟ 22-7-2021

Αρ.πρωτ.8550

Προς

1. ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις)

e-mail: diavouefsi@eprocurement.gov.gr

2. Τμήμα Πληροφορικής ΓΝ Ρεθύμνου

e-mail: tro@rethymnohospital.com

Τμήμα: Οικονομικό

Γραφείο: Προμηθειών

Πληροφορίες: Α. Νικητάκη

Τηλ.: 2831342201

Φαξ: 2831027493

Ταχ. Διεύθυνση: Τρονταλλίδου 15-17

Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο Κρήτης

Email: promithies@rethymnohospital.gr

Θέμα : Πρόσκληση Δεύτερης (Β) Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Σχετικά:

- 1) Το με αριθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίου φορείς υγείας».
- 2) Το με αριθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
- 3) Το με αριθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1α), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ' αριθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1α), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
- 4) Τη με αριθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Απολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
- 5) Το με αριθμ. πρωτ. 1349/ 03-03-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 30η Ιουνίου 2016 της προθεσμίας διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και τους δημοσίου φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιάς διαδικασίας – Η ελεγχής έννοια των λέξεων «επίσημοι φορείς πιστοποίησης της ημεδαπής και της αλλοδαπής» που περιλαμβάνονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της εγκυκλίου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Ενωμάτωση σε ενιαίο κείμενο » (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Γ).
- 6) Το με αριθμ. πρωτ. 2750/16-05-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την απαγόρευση προμήθειας αντιδραστηρίων ή/ και αναλωσίμων υλικών που μπορούν να συνδυαστούν με ιατροτεχνολογικό μηχάνημα συγκεκριμένης μόνον εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, του οποίου η χρήση λαμβάνεται δωρεάν».
- 7) Το με αριθμ. πρωτ. 2765/25-05-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο για την παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 της προθεσμίας για τη διενέργεια προμηθειών από την ΕΠΥ και τους δημοσίου φορείς υγείας βάσει τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της παλαιότερης διαδικασίας».
- 8) Το με αριθμ. πρωτ. 3944/20-07-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

προμηθειών που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 27511 του Ν.3867/2010».

- 9) Το με αριθμ. πρωτ. 4662/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικό με «Αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016».
- 10) Το με αριθμ. πρωτ. 5657/28-11-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικό με «Εγκύκλιος για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
- 11) Τις Διατάξεις του ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 12) Την με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ/12/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»».
- 13) Την με αρ. πρωτ. 2034/18-5-2020 πρόσκληση με Κωδικό ΟΠΣ: 4326 και Κωδικό Πρόσκλησης: ΕΠΙΑ-50 και την ορθή επανάληψη αυτής (αρ.πρωτ..6030/16.12.2020) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη», στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και στη Δράση με τίτλο «Δράση 9.α.9: Υποδομές Αναβάθμισης Υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (ΑΔΑ: Ω8ΠΑ7ΛΚ-312)
- 14) Την με αρ. 7877/22.02.2021 (ΑΔΑ: 670Δ469Η21-Ξ0Ψ) απόφαση της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί έγκρισης σκοπιμότητας της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου.
- 15) Την με αρ.πρωτ.1430/30-3-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Νοσοκομείο για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου» με κωδικό ΟΠΣ 5083934 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 - 2020» (ΑΔΑ 669Α7ΛΚ-5ΑΨ) .
- 16) Η με θέμα 44/5/15.02.2021 απόφαση ΔΣ σχετικά με την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και την αρ.196/13/18.5.2021 απόφαση ΔΣ για την Διενέργεια Α Δημοσίας Διαβούλευσης.
- 17) Η με αρ.317/17/16-7-2021 απόφαση ΔΣ σχετικά με την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Διενέργεια Β Δημοσίας Διαβούλευσης

Κατόπιν της με αρ. 317/17/16-7-2021 απόφαση ΔΣ και έπειτα από την ολοκλήρωση της με αριθμό ΑΔΑΜ 21ΔΙΑ800017251 Α Δημοσία διαβούλευσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μιας (1) Συσκευή κοπνογραφίας αρν 33195000-3 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ, δεκατρείς(13) Πολυθρόνες σημάκθαρσης CPV 33192130-2 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ, τέσσερα (4)Μηχανήματα τεχνητού νεφρού αιμοδιήθησης, σηµαδιαδήθησης και on-line μεθόδων CPV 33141620-2 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000.00€ συμ/νου ΦΠΑ & δύο (2) Θηματοδότες εξωτερικοί, διαφλέβιοι CPV 33182210-4 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000.00€ συμ/νου ΦΠΑ στα πλαίσια προετοιµασίας δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων (Διεθνούς) διαγωνισμού έπειτα από την με αρ.πρωτ. 1430/30-3-2021 (ΑΔΑ 669Α7ΛΚ-5ΑΨ) απόφαση ένταξης της πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Νοσοκομείο για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου» με κωδικό ΟΠΣ 5083934 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 - 2020».

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 23.7.2021 έως 2.8.2021 ημέρα Δευτέρα.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο Ενημέρωση - Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου (www.hospital.gr).

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επικοινωνία αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποστέλλουν στο e-mail : diavouleysi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).

Κάθε αποστολή στο e-mail : diavouleysi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο

e-mail : diavouleysi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Γενικού

Νασσοκομείου Ρεθύμνου (www.rethymnohospital.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτοόσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως απολογημένη, διάλογο των συντοκτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :

- 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.
- 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.
- 3) Τις παροδοχές της επιστήμης.
- 4) Την εμπειρία.
- 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.
- 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ

Κατεβάστε το αρχείο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Όνομα **BAXTER HELLAS** Email efstathia_andrikopoulou@baxter.com

Άρθρο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
BAXTER HELLAS ΕΠΙ Ημ/
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ νίο **29/07/2021**

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Λαμβάνοντας γνώση την ανάρτηση του νοσοκομείου σας για την υποβολή παρατηρήσεων επί της Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Σύγχρονων Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Αιμοκάθαρσης, Αιμοδιήθησης, Αιμοδιακρίθησης και On-line μεθόδων για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου επανερχόμαστε ώστε να παραθέσουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις της εταιρίας μας Baxter Hellas.

Παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη και συμπεριληφθούν στη σύνταξη των επικείμενων διαγνωστικών διαδικασιών οι παρακάτω παρατηρήσεις μας με γνώμονα πρωταρχικά την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών με τη χρήση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού τελευταίας τεχνολογίας, την ευρύτερη περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών και τέλος την ανάπτυξη του ανταγωνισμού με την συμμετοχή περισσότερων οικονομικών φορέων στη διαδικασία μεταξύ των οποίων και της εταιρίας μας. Οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε προδιαγραφές που περιγράφονται χαρακτηριστικά των μηχανημάτων που δεν είναι αναγκαία για την κατάλληλη χρήση του προϊόντος και δεν απαιτούνται από διεθνή πρότυπα ή τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης. Επιπλέον και βασικότερα, δεν επηρεάζουν την επίδοση του προσφερόμενου συστήματος και εξασφαλίζουν ισοδύναμο ή/και ανώτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα για τον ασθενή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παρατήρηση 1η:

Ζητούμενη προδιαγραφή:

β. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με Μονή Βελόνα τόσο με μία, όσο και με δύο αντλίες.

Τροποποίηση:

β. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με Μονή Βελόνα με μία ή με δύο αντλίες.

Αιτιολόγηση:

Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρίας μας καθώς και του ευρύτερου δυνατού αριθμού οικονομικών φορέων που προμηθεύουν μηχανήματα τεχνητού νεφρού με στόχο την προαγωγή του ανταγωνισμού. Η διαζευκτική επιλογή μεταξύ των δύο μεθόδων δεν επηρεάζει την επίδοση του προσφερόμενου συστήματος και προσφέρει ισοδύναμο ή/και ανώτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Το προσφερόμενο μηχάνημα της εταιρίας μας μπορεί να χρησιμοποιήσει γραμμές αίματος για τη θεραπεία της μονής βελόνας διπλής αντλίας που φορτώνονται αυτόματα στην συσκευή για εύκολη χρήση από τους επαγγελματίες υγείας. Το κύκλωμα αυτό περιλαμβάνει επιπλέον δύο θαλάμους και μια φλεβική αντλία. Το κύκλωμα του αίματος και η διαχείριση της επιπλέον αντλίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να υπάρχει συνεχής κυκλοφορία αίματος μέσω του φίλτρου και έτσι να βελτιστοποιείται η κάθαρση. Εφόσον ο ένας θάλαμος βρίσκεται προ και ο δεύτερος μετά του φίλτρου, η ροή θεωρείται συνεχής και άρα η θεραπεία αδιάκοπη προσομοιώνοντας τις συνθήκες της θεραπείας με διπλή αγγεακή πρόσβαση. Το πλεονέκτημα αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί σε θεραπεία μονής βελόνας μόνο με την ύπαρξη διπλής αντλίας.

Παρατήρηση 2η:

Ζητούμενη προδιαγραφή:

β2. Να έχουν τη δυνατότητα μέτρησης επανακυκλοφορίας της αγγεακής προσπέλασης χωρίς επιπλέον χειρισμούς ή χρήση αναλωσίμων.

Τροποποίηση:

32. Να έχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης πιθανής επανακυκλοφορίας της αγγειακής προσπέλασης χωρίς επιπλέον χειρισμούς ή χρήση αναλωσίμων.

Αιτιολόγηση:

Η ένδειξη της ύπαρξης της επανακυκλοφορίας παρέχει μια πληροφορία ώστε ο θεράπωντας ιατρός να ζητήσει περαιτέρω εξετάσεις μετά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης. Ο ίδιος σκοπός επιτυγχάνεται με τις μετρήσεις του εργαλείου ποιοτικής εξασφάλισης που προσφέρει το προσφερόμενο από την εταιρία μας μηχανήμα τεχνητού νεφρού ώστε να ανιχνευθεί η επανακυκλοφορία της αγγειακής πρόσβασης και το οποίο εξασφαλίζεται ήδη από την προδιαγραφή όπου ζητείται να έχουν τη δυνατότητα για σύστημα μέτρησης προσδιορισμού και καταγραφής της παρεχόμενης δόσης αιμοκάθαρσης (Kt/V).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

Ζητούμε να λάβετε υπόψη και να ενσωματώσετε τις παρατηρήσεις μας στη θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών. Τα σχόλια μας οδηγούν σε ελάχιστη τροποποίηση των υπό διαβούλευση προδιαγραφών ενώ ταυτόχρονα:
Α. Δεν αποστερείται σε καμία περίπτωση το όφελος της θεραπείας των ασθενών καθώς επιτυγχάνεται ισοδύναμο ή/και ανώτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα από εκείνο που περιγράφεται στις υπό διαβούλευση προδιαγραφές.
Β. Επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη και ευρύτερη συμμετοχή στο διαγωνισμό περισσότερων οικονομικών φορέων που προμηθεύουν μηχανήματα τεχνητού νεφρού, πρόκειται η διαφάνεια κι ο ελεύθερος ανταγωνισμός.
Γ. Δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία με αξιώσεις του προσφερόμενου μοντέλου της εταιρίας μας το οποίο αποτελεί κατ'επιλογή εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας υψηλών δυνατοτήτων και αποδόσεων με πολλαπλή παρουσία στην ημεδαπή και αλλοδαπή αγορά.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Για τη Baxter Hellas,
Έφη Ανδρικοπούλου
Product Manager Renal Care

Όνομα **ΑΕΓΗΤΙΑΣ
ΦΥΛΙΑΚΟΣ**

Email **diagnostiko@baxter.gr**

Άρθρο **ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ**

Ημ/νία **02/08/2021**

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

Θα θέλαμε μέσω του παρόντος μηνύματός μας να ενημερώσουμε τις προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχετε δημοσιεύσει. Οι προτάσεις που διαβουλεύαμε προκύπτουν από την επηρεαστικότητα της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής στον διαγωνισμό, καθώς και στον υπέρβαση των ετήσιων στόχων του προγράμματος σας, όσο και του Δημοσίου συμφέροντος.

Συγκεκριμένα η προδιαγραφή Νο 3 είναι:

«Οι διαστάσεις να είναι περίπου 2 μέτρα επί μέτρος και 80 εκατοστά στο πλάτος.»

Θα προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

Οι διαστάσεις να είναι 2 μέτρα στο μήκος και 80 εκατοστά στο πλάτος ασθενών και έως 95 εκατοστά πλάτος μέγιστο για εύκολη μετακίνηση οικονομικά χρονο.

Συγκεκριμένα η προδιαγραφή Νο 9 είναι:

«Να διαθέτει για εκκένωση κατασκευαστικό χαρακτηριστικό»
• Σχεδιασμός με βάση τον κώδικα ασφαλείας κατασκευαστικού υαλιδίου ή αντισείδωλος ANSI 304-18/10.»

Θα προτείνουμε την λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

Να διαθέτει χαρακτηριστικό κατασκευαστικό χαρακτηριστικό»
• Σχεδιασμός με βάση τον κώδικα ασφαλείας κατασκευαστικού υαλιδίου ή αντισείδωλος ANSI 304-18/10»
Προτείνουμε στην λόγω υλικό πλάτος μέγιστο μόνο 80 εκατοστά ασφαλείας όρου ζωής αντοχή στην θέρμανση.

Συγκεκριμένα η προδιαγραφή Νο 18 είναι:

«Να διαθέτει κάλυψη των μηχανικών και ηλεκτρικών τερματικών ασφαλείας και καλοαίθρησία.»

Θα προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

Να διαθέτει κάλυψη των μηχανικών και ηλεκτρικών τερματικών ασφαλείας και καλοαίθρησία από καλυπτικό πλαστικό αντιμικροβιακής σύστασης. (Να κατασκευαστεί και κατασκευαστικό υαλιδίου ή αντισείδωλος από τον κατασκευαστικό οίκο).
Ζητούμε όπως διευκρινιστεί το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στην κάλυψη των τερματικών ως καλυπτικό πλαστικό αντιμικροβιακής σύστασης, με πιστοποιητικό κατασκευαστή, καθώς επίσης να γίνει ειδική πρόβλεψη για εύκολο καθαρισμό, καλοαίθρησία και ασφάλεια.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για την παροχή οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά.

Με τιμή,

Για την Baxter

Αλεξάνδρα Φυλιάκου

Όνομα **DIOMED
A.E.**

Email **info@diomed.gr** Άρθρο **ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ**

Ημ/νία **02/08/2021**

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Στο πλαίσιο της παρούσης Διαβούλευσης, η εταιρία μας λαμβάνει την τιμή να υποβάλει ορισμένες καιριές επισημάνσεις που αφορούν στην αναγκαία τροποποίηση των προτεινόμενων προδιαγραφών του είδους «ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ», προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η ασφαλής ενσωμάτωση του είδους στη θεραπεία, όσο και η συμμόρφωση του υπό προμήθεια είδους με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, ως προς

