



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση: Τρανταλίδου 15-17
Πληροφορίες: α.Νικητάκη
Ταχ. Κώδ.: 74132 Ρέθυμνο
Τηλ/νο : 28313 - 42201

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
(Με ανάρτηση, στη
Διαύγεια , ΕΣΗΔΗΣ και
στην ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου)

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με το Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό άνω των ορίων (Διεθνή) Διαγωνισμό ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 390.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου» ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ «5083934», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 2021ΕΠ00210032), και σε βάρος του ΚΑΕ 9349 του Προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης *σχέσης ποιότητας – τιμής* (αρ. 86, Ν. 4412/2016). **Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ: 140036, 140530, 140531, 140533, 140535, 140536, 140538, 140539, 140540, 140541, 140542, 140543, 140544**

Σχετ. το με αρ.πρωτ.13887/11.10.2022 έγγραφο της επιτροπής προδιαγραφών

Σχετικά με το θέμα σας διευκρινίζουμε, αναφορικά με το είδος /τμήμα 3 Απινιδωτής (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ 140531) προδιαγραφής:13. «Να έχει δυνατότητα λήψης διαγνωστικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG) με απόκριση συχνότητας 0,05-150Hz και δυνατότητα καταγραφής αυτού σε χαρτί θερμικού τύπου με επιλογή από το χρήστη για αυτόματη ή χειροκίνητη καταγραφή».

Απάντηση:

Ως προς το ζήτημα του καλωδίου δεν τίθεται από τη διακήρυξη οποιαδήποτε προδιαγραφή. Όσον αφορά το θέμα της συχνότητας δεν έχει γραφτεί εκ παραδρομής.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ