



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση: Τρανταλλίδου 15-17
Ταχ. Κώδ.: 74100 Ρέθυμνο
Πληροφορίες: Μανουκαράκη Ειρήνη
Τηλ/vo : 28313 - 42201
e-mail: promithies@rethymnohospital.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
(Με ανάρτηση, στη
Διαύγεια , ΕΣΗΔΗΣ και
στην ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου)

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 194627, τμήμα 10 : «ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» , CPV 33111800-9, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 194627 του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 581.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Υποέργο 2 : «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων και χειρουργείων» της πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου» ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ «5083934», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 2021ΕΠ00210032), και σε βάρος του ΚΑΕ 9349 του Προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (αρ. 86, Ν. 4412/2016). Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ : 194615, 194617, 194618, 194620, 194621, 194623, 194624, 194625, 194626 και 194627.

Σχετικά :

- Το με αρ. πρωτοκ. **10554/25-07-2023** έγγραφο διευκρίνησης - αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών.
- Το με αρ. πρωτοκ. **10575/26-07-2023** έγγραφο προς την επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
- Το με αρ. πρωτοκ. **10590/26-07-2023** έγγραφο – απάντηση της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.

Σχετικά με το παραπάνω αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρίνησης, αναφορικά με Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 194627, τμήμα 10 : «ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» , CPV 33111800-9, θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με το αριθμό πρωτοκ. **10590/26-07-2023** έγγραφο – απάντηση της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα εξής:

Αναφορικά με το αίτημα για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινήσεων στις προδιαγραφές του διαγωνισμού «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Νοσοκομείο Ρεθύμνου» του Β' Υποέργου της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5083934 του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στις προδιαγραφές του είδους 'ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ' σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν τα εξής:

Για τους όρους των προδιαγραφών 02, 36, 55 και 56, τιμές που έχουν απόκλιση $\pm 5\%$ από αυτές των αντίστοιχων προδιαγραφών, θα γίνονται δεκτές. Οι προσφορές των ειδών που έχουν τιμές τεχνικών χαρακτηριστικών μέσα στα όρια αυτά, θα είναι πλήρως αποδεκτές.

Έτσι οι συγκεκριμένες προδιαγραφές διαμορφώνονται:

- 02: Να είναι ευέλικτο, με μικρές διαστάσεις, για τη μεταφορά του στους χώρους του νοσοκομείου, βάρους $\leq 480 \text{ Kg}$, $\pm 5\%$
- 36: Η απόσταση της εστίας από το δάπεδο να κυμαίνεται από **700 – 2000mm**, $\pm 5\%$ τουλάχιστον.
- 55: Αντοχή μέγιστου συνολικού φορτίου πάνω στην επιφάνεια του ανιχνευτή $\geq 150\text{kg}$, $\pm 5\%$.
- 56: Αντοχή μέγιστου φορτίου πάνω σε ένα σημείο του ανιχνευτή $\geq 100\text{kg}$, $\pm 5\%$.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ