



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
Τμήμα: Οικονομικό  
Γραφείο: Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση: Τρανταλλίδου 15-17  
Ταχ. Κώδ.: 74132 Ρέθυμνο  
Πληροφορίες: Α.Νικητάκη  
Τηλ/νο : 28313 - 42201  
e-mail: [promithies@rethymnohospital.gr](mailto:promithies@rethymnohospital.gr)

**ΠΡΟΣ:**  
**ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**  
( Με ανάρτηση, στη  
Διαύγεια , ΕΣΗΔΗΣ και  
στην ιστοσελίδα του  
Νοσοκομείου )

**ΘΕΜΑ:** Παροχή συμπληρωματικών διευκρινήσεων για την διακήρυξη, με αριθμό πρωτ. 8724/21.06.2023, **ΑΔΑ: Ρ4ΑΚ46907Λ-Ψ6Ε & ΑΔΑΜ: 23PROC012925287**, του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «Βιοχημικοί αναλυτές» (CPV 38434500-1), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, προϋπολογισμού ) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Ρεθύμνου, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 332.237,35€ πλέον ΦΠΑ 6% (352.171,59 € συμπ/νου Φ.Π.Α), με δικαίωμα προαίρεσης 332237,35€ πλέον ΦΠΑ 6% (352.171,59 € συμπ/νου Φ.Π.Α) , για ένα επιπλέον έτος, δηλαδή συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 704.343,18€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.Ε 1359 του Προϋπολογισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής .  
(Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 182561)

Σχετικά με την ως άνω διακήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Ρέθυμνου, θα θέλαμε να σας διευκρινίζουμε ό,τι σύμφωνα με το αριθμό πρωτοκ. 9792/11.07.2023 έγγραφο της επιτροπής προδιαγραφών, αναφορικά με την διακήρυξη, με αριθμό πρωτ. 8724/21.06.2023, **ΑΔΑ: Ρ4ΑΚ46907Λ-Ψ6Ε & ΑΔΑΜ: 23PROC012925287**, του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «Βιοχημικοί αναλυτές» (CPV 38434500-1), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, προϋπολογισμού ).

1. *“Προκειμένου να υπολογιστεί ορθά ο αριθμός των προσφερόμενων συσκευασιών σε συνάρτηση με τη σταθερότητα των σχετικών αντιδραστηρίων, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι εξετάσεις με μικρό αριθμό δειγμάτων / έτος που δύνανται να εκτελεστούν από βιοχημικό αναλυτή, πρόκειται να εκτελούνται αποκλειστικά στη βιοχημική υπομονάδα του κύριου βιοχημικού – ανοσοχημικού αναλυτικού συστήματος. Συγκεκριμένα, σας παραθέτουμε τις σχετικές εξετάσεις (εντός παρένθεσης ο αντίστοιχος αριθμός δειγμάτων/έτος): 1. ASTO (100) 2. IgG (200) 3. IgA (200) 4. IgM (200) 5. C3 (200) 6. C4 (200) 7. IgE (200) 8. Αλβουμίνη ούρων (400)”.*

Οι παρακάτω εξετάσεις πρόκειται να εκτελεστούν αποκλειστικά είτε στην κύρια βιοχημική υπομονάδα είτε στην ανοσολογική υπομονάδα (εξαρτάται από την μειοδότητρια εταιρεία και για ποιον αναλυτή θα προσφέρει τα συγκεκριμένα είδη- βιοχημικό ή ανοσολογικό αναλυτή). 1. ASTO (100) 2. IgG (200) 3. IgA (200) 4. IgM (200) 5. C3 (200) 6. C4 (200) 7. IgE (200).

Ενώ η αλβουμίνη ούρων όπως και το λεύκωμα ούρων θα διεξάγονται αποκλειστικά στην εφεδρική βιοχημική μονάδα για εξοικονόμηση αντιδραστηρίων (λιγότερα κοντρόλ, λιγότερες βαθμονομήσεις) και αναλωσίμων.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ**