



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση: Τρανταλλίδου 15-17
Ταχ. Κώδ.: 74132 Ρέθυμνο
Πληροφορίες: Α.Νικητάκη
Τηλ/νο : 28313 - 42201
e-mail: promithies@rethymnohospital.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
(Με ανάρτηση, στη
Διεύθυνση, ΚΗΜΔΗΣ,
ΕΣΗΔΗΣ και στην
ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου)

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για την διακήρυξη, με αριθμό πρωτ.**2396/13.02.2025, ΑΔΑ: 968Δ46907Λ-ΣΧΦ & ΑΔΑΜ: 25PROC016305310**), του Δημόσιου Ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνή) διαγωνισμού για την προμήθεια & εγκατάσταση ενός ψηφιακού ακτινοδιαγνωστικού συγκροτήματος με ανάρτηση οροφής προϋπολογισθείσας δαπάνης 290.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ (233.870,96 πλέον ΦΠΑ) & ενός ψηφιακού ακτινοδιαγνωστικού συγκροτήματος με κολόνα επιδαπέδιας στήριξης προϋπολογισθείσας δαπάνης 210.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ (169.354,84 πλέον ΦΠΑ) CPV 33111000-1 για τις ανάγκες του Ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 500.000,00€ συμ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 9549, του προϋπολογισμού 2025 του νοσοκομείου ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.**ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 366527**

Σχετικά με την ως άνω διακήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Ρέθυμνου, έπειτα από αίτημα οικονομικού φορέα , θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με το αριθμό πρωτοκ. 3725/13.03.2025 έγγραφο της επιτροπής προδιαγραφών αναφορικά την διακήρυξη, με αριθμό πρωτ.**2396/13.02.2025, ΑΔΑ: 968Δ46907Λ-ΣΧΦ & ΑΔΑΜ: 25PROC016305310**), του Δημόσιου Ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνή) διαγωνισμού για την προμήθεια & εγκατάσταση ενός ψηφιακού ακτινοδιαγνωστικού συγκροτήματος με ανάρτηση οροφής & ενός ψηφιακού ακτινοδιαγνωστικού συγκροτήματος με κολόνα επιδαπέδιας στήριξης σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή της ενότητας Α.6 «ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ», υπ' αριθμόν Α.6.20 «Να διαθέτει θήκη προστασίας και ενσωματωμένη λαβή/εγκοπή για την ασφαλή μεταφορά του», του Φύλλου Συμμόρφωσης του είδους Α/Α 1 «Ένα ψηφιακό ακτινοδιαγνωστικό συγκρότημα με ανάρτηση οροφής», σας διευκρινίζουμε ότι η ενσωματωμένη λαβή/εγκοπή αναφέρεται στη θήκη προστασίας του Ασύρματου Ανιχνευτή.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ